

商丘市长征人民医院电子肠镜采购项目

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院电子肠镜采购项目
项目金额	70 万元
专家论证意见 本院现有PENTAX(宾得)牌电子胃肠镜主机,型号为CPK-i7010.因业务量增加,需要增购电子肠镜.由于不同品牌之间的主体与镜体兼容性差,无法混用.为了更好的服务患者,保障医疗质量,需增购与医院现有主机匹配的同品牌产品,更安全、有效.经上述建议,增购同品牌产品,只能从唯一供应高处采购.根据相关法律法规规定,建议采用单一来源方式进行采购。 专家签字: 王红霞 日期: 2024 年 10 月 12 日	